


Gorlice dn. 12-11-2014

REH-MED Rehabilitacja Medyczna
Jakub Szewczyk
Ul. 11 Listopada 17
38-300 Gorlice

(nazwa i adres firmy lub pieczętka firmowa /
Imię i nazwisko, adres, tel. kupującego)



(nazwa i adres oferenta)

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Aparat do terapii falami uderzeniowymi posiadający następujące parametry techniczne:

Liczba kanałów terapeutycznych: 2 (niezależne)
Wymiary aparatu: 240 x 210 x 365 mm
Ciśnienie: do 5,3 Bar = 31 Bar wg testu Hydrotonowego
Częstotliwość impulsów: 1-10 Hz (+/- 2%)
Maksymalna gęstość energii: 4,216 J/m³ (+/-10%)
Czas trwania impulsu: 5,2 ms (+/-10%)
Pamięć: przenośna karta SD
Ekran dotykowy: 7" (pełno kolorowy)
Waga: 8,4 kg

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto, brutto),
- termin ważności oferty,

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania rabaty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy, itp.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty email, poczty tradycyjnej, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu: **19-11-2014**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena - 100%



(podpis wnioskodawcy)